



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

Sayı : 23618724 304
Konu : Teklif Vermeye Davet

18.01.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı (4) kalem ORT MLZ ALIMI HAVVA ALBAYRAK [55287864] alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.01.2019 saat: 08:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Özgür GÜLCAN
İdari Mali İşler Müdür Yrd.

| Satın Alınacak Malın/ İşin | | | | | | | KDV Hariç Teklif | | |
|-------------------------------|--|----------|---------|--------|----------|-----|------------------|-------|--|
| S.No | Malın/İşin Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Sut Kodu | UBB | Fiyat | Tutar | |
| 1 | FEMORAL KOMPONENT BAĞ KORUYAN/BAĞ KESEN ÇİMENTOLU TİTANYUM/COCR | | 1 | Adet | AP2300 | | | | |
| 2 | TİBİAL KOMPONENT, KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VIDALI/PE GLİ HAREKETLİ / ROTASYONLU-ÇİMENTOLU, COCR / TİTANYUM, KAPLAMASIZ | | 1 | Adet | AP2660 | | | | |
| 3 | TİBİAL İNSERT ROTASYONLU DEEP DISH - BAĞ KESEN / BAĞ KORUYAN, HIGHLY CROSSLINK(YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLANTI) POLİETİLEN | | 1 | Adet | AP2530 | | | | |
| 4 | ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU DÜŞÜK VİSKOSİTE / BONE CEMENT GENTAMİSİNLİ | | 1 | Adet | AP3180 | | | | |
| KDV Hariç Genel Toplam | | | | | | | | | |

Teklif Türü: Kalem

Not: SGK'ya bağlı alımlarda ve tıbbi sarf malzemelerinde UBB ve SUT kodu olması zorunludur.

Firmaların bayi firma tanımlayıcı numaraları ve ana firma tanımlayıcı numaraları yazılması zorunludur.

Hastanemiz ödeme gün süresi nakit durumuna göre değişmekte olup üçbin türk lirası altı ödemeler gün, üçbin türk lirası üstü ödemeler gündür. Fiyat teklifi vermiş olmanız halinde ödeme gün süresi firmanızca kabul edilmiş sayılacaktır.

Teknik Şartnameler hastanemiz Wep Sitesi ihale bölümüne yüklenmiştir

Ek: Teknik Şartname



TC Sağlık Bakanlığı

**T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

Teklif Eden

.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

CİMENTOLU TOTAL DİZ PROTEZİ BAĞ KESEN BAĞ KORUYAN MOBİL

- Diz bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisi için kullanılan femoral komponent Cobalt Crom (Co-Cr-Mo) ISO 5832-4 standardına uygun kalitedeki malzemeden olmalıdır.
- Ürün ISO 9001 EN 46001, EN, CE kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalıdır. Sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
- Set içerisinde bağ koruyan, bağ kesen, sabit ve mobil alternatifleri bir arada bulundurulmalıdır.
- Bağ kesen-Bağ koruyan femoral komponentin dış yüzeyi pürüzsüz ve parlak iç kısmı çimento tutunumunu sağlamak için kumlanmış ve kanallı yapıda olmalıdır.
- Bağ koruyan femoral komponentte iki adet kondilar peg olmalıdır.
- Bağ kesen femoral komponentte iki adet peg deliği olmalı, gerektiğinde stabilizeyi arttırmak için peg takılabilmelidir.
- Bağ kesen femoral komponentte, kemik stoğunu koruyabilmek için minimum ölçüde femoral box kesisi yapılabilmelidir.
- Femoral komponent 8 boy olmalıdır.
- Femoral komponent kesisinde sistem 3-5-7-9 derece valgus açısından herhangi birini seçebilmelidir.
- Ürün tamamen anatomik yapıya uygun olması için femoral condilleri dıştan içe doğru 6 derecelik bir açıda sabit olmalıdır.
- Tibial komponent üniversal olmalıdır.
- Tibial component 8 boy olmalıdır.
- Tibial komponent Cobalt Crom (Co-Cr-Mo) malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
- Tibial komponent sadece kilitleme adaptörünün değişmesiyle sabit veya mobil olarak kullanılabilir. Sabit ve mobil kilitleme adaptörü ayrı ayrı steril şekilde sunulmalıdır.
- Bağ koruyan ve kesen tibial insert kalınlığı 8 mm- 18 mm arasında 6 ölçü olmalıdır.
- Tibial komponent keel (kanatlı) yapıda olmalıdır.
- Mobil tibial komponentte, medial ve lateralde toplam 30 derecelik rotasyona izin vermelidir.
- Defektli olgularda stabilizeyi arttırmak için gerektiğinde kullanılan tibial uzatma stemi 20mm- 100mm arası en az 5 boy olmalıdır.
- Tibial kesi için intrameduller ve extremeduller seçenekleri olmalı, standart kesi bloğu dışında sağ ve sol diz için ayrı kesi blokları da olmalıdır.
- Bağ koruyan sistemde Insert Deep Dish ve High Crosslink yapıda olmalıdır. Bağ kesen sistemde Insert High Crosslink yapıda olmalıdır.
- Femoral komponent ve tibial insert arasında ölçü farkı olsada kullanılabilir. (En küçük ölçü femoral komponent ile en büyük boy tibial component aynı anda kullanılabilir.)
- Patella üç pegli olmalı croslink yapıdaki polyethyle malzemesinden üretilmiş olmalıdır

Bağ koruyan Femoral. Comp.

Sut: AP2300

Bağ kesen Femoral Comp.

Sut: AP2230

Tibial Comp. Mobil

Sut: AP2660

Bağ Koruyan Deep Dish İnsert Mobil

Sut: AP2530

Bağ Kesin İnsert Mobil

Sut: AP2450

Tibial Uzatma Stem

Sut: AP2750

Patella

Sut: AP2420

Cement

AP2150

Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği Kanuni Esaslar m. 47
Op. Dr. Recep YILDIRIM
Dip. Tes. No: 49209-478
Ortopedi Uzmanı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
S.B.Ö.KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALTUN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 131427-95595

T.C. TRABZON VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
S.B.Ö.KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Dr. Öğr. Üyesi İmitcan KARAHASANOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 142674