



T.C. Sağlık Bakanlığı

**T.C.  
TRABZON VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ****Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi**Sayı : 23618724 296  
Konu : Teklif Vermeye Davet

18.01.2019

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı (4) kalem ORT MLZ ALIMI VESİLE ÇOLAK [55261626] alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.01.2019 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Özgür GÜLCAN  
İdari Mali İşler Müdür Yrd.

| Satın Alınacak Malın/ İşin    |  |          |         |        |          |     | KDV Hariç Teklif |       |  |
|-------------------------------|--|----------|---------|--------|----------|-----|------------------|-------|--|
| S.No                          | Malın/İşin Cinsi   | Açıklama | Miktarı | Birimi | Sut Kodu | UBB | Fiyat            | Tutar |  |
| 1                             | FEMORAL KOMPOZİT BAĞ KORUYAN/BAĞ KESEN ÇİMENTOLU TİTANYUM/COCR   |          | 1       | Adet   | AP2300   |     |                  |       |  |
| 2                             | TİBİAL KOMPOZİT, KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ HAREKETLİ / ROTASYONLU-ÇİMENTOLU, COCR / TİTANYUM, KAPLAMASIZ |          | 1       | Adet   | AP2660   |     |                  |       |  |
| 3                             | TİBİAL İNŞERT ROTASYONLU DEEP DISH - BAĞ KESEN / BAĞ KORUYAN, HIGHLY CROSSLINK(YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLANTI) POLİETİLEN    |          | 1       | Adet   | AP2530   |     |                  |       |  |
| 4                             | ANTİBİYOTİK KLİ KEMİK ÇİMENTOSU DÜŞÜK VİSKOSİTE / BONE CEMENT GENTAMİSİNLİ   |          | 1       | Adet   | AP3180   |     |                  |       |  |
| <b>KDV Hariç Genel Toplam</b> |  |          |         |        |          |     |                  |       |  |

**Teklif Türü: Kalem**

Not: SGK'ya bağlı alımlarda ve tıbbi sarf malzemelerinde UBB ve SUT kodu olması zorunludur.

Firmaların bayi firma tanımlayıcı numaraları ve ana firma tanımlayıcı numaraları yazılması zorunludur.

Hastanemiz ödeme gün süresi nakit durumuna göre değişmekte olup üçbin türk lirası altı ödemeler ..... gün, üçbin türk lirası üstü ödemeler ..... gündür. Fiyat teklifi vermiş olmanız halinde ödeme gün süresi firmanızca kabul edilmiş sayılacaktır.

Teknik Şartnameler hastanemiz Wep Sitesi ihale bölümüne yüklenmiştir

Ek: Teknik Şartname



T.C. Sağlık Bakanlığı

**T.C.  
TRABZON VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi**

Teklif Eden

.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

## MOBİL BEARING

### PRİMER ÇİMENTOLU ANATOMİK TİBİALİ EKLEM YÜZLERİ YUVARLAK DEEP-DISH İNŞERTLİ TOTAL DİZ PROTEZİ

- 1-Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
- 2-Femoral komponent Co-Cr-Mo alaşımından mamül olmalıdır.
- 3-Femoral komponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonu sağlamak için kondiline saplanan iki adet peg olmalıdır.
- 4-Femoral komponent en az 9 boy olmalıdır.
- 5-Femoral komponent tibial komponentin en az bir büyük veya küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.
- 6-Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır.
- 7-Femoral komponent kesisi için 5,7 ve 9 derece valgus açısından herhangi biri seçilebilmelidir
- 8-Tibial komponent Co-Cr-Mo alaşımından mamül olmalıdır.
- 9-Tibial komponent in üst yüzeyi parlatılmış olmalıdır.
- 10-Tibial komponent insertin kalkmasını önlemek için kilitleme sistemine sahip olmalı ancak insertin hareketlerine engel olmamalıdır.
- 11-Tibial komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
- 12-Tibial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla geniş kanatlı stem olmalıdır.
- 13-Tibial komponent en az 6 boy olmalıdır.
- 14-Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır.
- 15-Tibial komponent üzerinde bir santral peg olmalı ve insert bu santral pegin üzerinde hareket etmelidir.
- 16-Tibial kesinin intramedüller yada ekstramedüller klavuz ile yapılmasına vaka içinde karar verilebilmeli her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.
- 17-Tibial kesi posteriora 6 derece eğimli yapılabilmelidir.
- 18-Tibial insert CROSSLINK UHMWPE'den imal edilmiş olmalıdır.
- 19-Tibial insert her yöne 40 derece, A/P 7mm M/L 1mm hareket imkanı sağlamalıdır.
- 20-Tibial insert ve femoral komponentlerin birbirleri ile eklemleşen yüzeyleri yuvarlak ve uyumlu olmalıdır.
- 21-Tibial insert kalınlıkları 6 boy olmalıdır.
- 22-Patellar komponent UHMWPE'den tek parça mamül olmalıdır.
- 23-Patellar komponent en az 5 farklı çap ve iki kalınlık seçeneği olmalıdır.
- 24-Patellar komponentin iç yüzeyinde rotasyon önleyici 3 adet peg olmalıdır.

#### SUT KODU

AP2300  
AP2660  
AP2530  
AP3180

#### ÜRÜN ADI

FEMORAL KOMONENT  
TİBİAL KOMONENT  
İNŞERT  
KEMİK ÇİMENTOSU (CEMENT)

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği  
Genel Sekreterliği Kanun: 11.3.2011 m ve  
Araştırma Hastanesi  
**Dr. Recep YILDIKIM**  
Dip. Tescil. No: 49209-47812  
Ortopedi Uzmanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAĞLIK İZLEM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Ortopedi Uzmanı  
**Dr. Cenkhan PEKER**  
Dip. Tescil. No: 17332H

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAĞLIK İZLEM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Ortopedi Uzmanı  
**Dr. Özgür DİYESİ**  
Dip. Tes. No: 131427-95595